

## 电子输注泵市场调研要求

- 1、使用范围：用于术后患者镇痛药物的持续微量注入，要求配备精密电子泵头主机；
- 2、容量：200-250ml；
- 3、主机具有开机自检功能，确保主机功能正常；
- 4、输液误差 $\leq \pm 10\%$ ；
- 5、泵送方式：蠕式给药；
- 6、给药模式：负荷量、持续量、PCA量、脉冲（PIEB）给药；
- 7、给药剂量宽度：（负荷量）首次量：0-30ml/次；负荷间隔时间：单次、05分-239分；持续量：0-50ml/h；（PCA量）自控给药量：0-20ml/次；自控（PCA）锁定时间：3分-300分；极限量：0-99ml/h；
- 8、报警功能：超限量报警、低电量报警、气泡报警、管路堵塞报警、药盒脱落报警、故障报警、无药量报警、PCA脱落报警等；
- 9、保护功能：键盘锁、密码锁；
- 10、自动记忆功能：PCA 按压总数、手动有效次数、手动有效时间、手动无效次数、手动无效时间、比值；
- 11、数据记忆： $\geq 50$ 组运行记忆记录保存，可数据导出；
- 12、通讯接口：可具有外置通讯接口，支持数据传输；